



LABORATORIO DE CALIBRACION Y VERIFICACION

Restaurante El Cartel Carretera a Masaya
Tel: 2781201 - 2781202 - 2700

LABORATORIO NICARAGUENSE DE CALIBRACION Y VERIFICACION S.A



Acreditación # CALC - 001-06

Nº 0850

ETIQUETAS DE CALIBRACION

Código de Cliente: LNCV-CC-No.884-2010

Fecha de Calibración: 11 de Enero 2010

Fecha de Próxima Calibración: 10 de Enero 2011

Técnico que Calibra: DAVIS BENAVIDES

PARA SERVICIO
Restaurante El Cartel, Carretera a Masaya, 50 mts. Oeste
Tel.: 2700410 - 2781201 - 2781202
Fax: 2781200




CERTIFICADO DE CALIBRACION CERTIFICATE OF CALIBRATION

Instrumento:	Bascula Camionera Electrónica	
Instrument Description:		
Fabricante:	METTLER TOLEDO	
Manufacturer:		
Modelo de Báscula:	No Visible	Modelo del Indicador: IND-310
Model Scale:		Model Indicator
Serie de Báscula:	1145007-1AH	Serie del Indicador: 0090381-GMH
Serial Scale:		Serial Indicator:
Rango de medición:	10Kg hasta 60 000 Kg.	
Measure Range:		
División de escala:	10 Kg	
Scale División:		
Clase de precisión:	III	
Precision Class:		
Carga mínima:	200 Kg	
Minimum Load:		
Fecha de medición:	Nagarote- León 11 de Enero de 2010	
Date of Calibration:		
Esta constituido por:	3 hojas.	
Number Pages:		
Solicitado por:	HOLCIM NICARAGUA	
Customer Name:		
Sitio de calibración:	Planta de Producción en Nagarote.	
Address of Calibration:	Bascula Silo # 3	
No. De Servicio:	0932	
Service Number:		
Anexos:	6 hojas.	
Anexes:		

PROCEDIMIENTO UTILIZADO:

Procedure Employed.

El presente documento **Certifica** que el instrumento de medición arriba detallado ha sido debidamente Calibrado de acuerdo a los procedimientos y tolerancias establecidas en la Recomendación R-76-1 de la organización de Metrología Legal (OIML).





LABORATORIO CALIBRACION Y VERIFICACION

Restaurante El Cartel Carretera a N
Tel: 2781201 - 2781202 - 27004

LABORATORIO NICARAGUENSE DE CALIBRACION Y VERIFICACION, S.A



Acreditación #CALC-001-06

Nº 0959

ETIQUETAS DE CALIBRACION

Código de Cliente: LNCV-CC-No.992-2010

Fecha de Calibración: 13 de Mayo 2010

Fecha de Próxima Calibración: 13 de Mayo 2011

Técnico que Calibra: DAVIS BENAVIDES

PARA SERVICIO
Restaurante El Cartel, Carretera a Masaya, 50 mts. Oeste
Tel.: 2700410 - 2781201 - 2781202
Fax: 2781200

CERTIFICADO DE CALI CERTIFICATE OF CALIBRATION

Instrumento: Instrument Description.	Bascula Camionera Electrónica	
Fabricante: Manufacturer.	METTLER TOLEDO	
Modelo de Báscula: Model Scale.	No Visible	Modelo del Indicador: IND-310 Model Indicator
Serie de Báscula: Serial Scale.	1145007-1AH	Serie del Indicador: 0072258-6MG Serial Indicator.
Rango de medición: Measure Range.	10Kg hasta 60 000 Kg.	
División de escala: Scale División.	10 Kg	
Clase de precisión: Precision Class.	III	
Carga mínima: Minimum Load.	200 Kg	
Fecha de medición: Date of Calibration.	Nagarote- León 13 de Mayo de 2010	
Esta constituido por: Number Pages.	3 hojas.	
Solicitado por: Customer Name.	HOLCIM NICARAGUA	
Sitio de calibración: Address of Calibration.	Planta de Producción en Nagarote. Bascula Silo # 4	
No. De Servicio: Service Number.	1039	
Anexos: Anexes.	6 hojas.	

PROCEDIMIENTO UTILIZADO: Procedure Employed.

El presente documento **Certifica** que el instrumento de medición arriba detallado ha sido debidamente Calibrado de acuerdo a los procedimientos y tolerancias establecidas en la Recomendación R-76-1 de la organización de Metrología Legal (OIML).

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Laboratorio Nicaragüense
de Calibración y
Verificación, S.A